

Serra, 08 de maio de 2023.

CARTA CIRCULAR A-DCS/001/2023 do **PEL 013/2023**

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 - Nº BANCO DO BRASIL 996968

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO - TURBIDIMETRO

Processo nº: 2022.019703

ATENÇÃO, EMPRESAS LICITANTES!

Prezados Senhores,

Chamamos a atenção de V. S^{as} para as informações abaixo:

I

Em relação ao ANEXO IV – PLANILHA DE PREÇOS - LOTE 01, pág. 45.
Considerar a planilha abaixo:

DATA DA PROPOSTA:.././...	CONDIÇÕES PAGAMENTO: 30 DIAS	REAJUSTÁVEL: NÃO	LOTE 01
VAL. PROPOSTA: 90 DIAS	TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO	FRETE: CIF	
PRAZO DE ENTREGA: DIAS		ALÍQUOTA IPI:	
PRAZO DE GARANTIA: MESES			

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	1100300290	TURBIDÍMETRO PARA LEITURA NA FAIXA BAIXA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO; - LEITURA DIGITAL DIRETA NA FAIXA DE 0 A 1000 NTU; - RESOLUÇÃO 0,01;0,1 E 1 NAS LEITURAS DE 0 A 10, 10 A 100 E DE 100 A 1000 NTU, RESPECTIVAMENTE; - PRECISÃO DE ± 2% NAS LEITURAS ATE 100 NTU E ± 3% ACIMA DE 100 NTU; - REPRODUTIBILIDADE DE ± 2%; - LEITURAS AUTOMÁTICAS COM TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 3 SEGUNDOS E CALIBRAÇÃO FRENTE A PADRÕES PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS; - JOGO DE PADRÕES SECUNDÁRIOS DE VALORES CONTIDOS NAS FAIXAS: 0,02 À ≤ 0,20 OU EQUIPAMENTO DEVERÁ REALIZAR AJUSTE DO ZERO AUTOMATICAMENTE; 10 À 20 NTU; 50 À 100 NTU; E 500 À 1000 NTU.	UN	52	-	-

	TODOS OS PADRÕES DEVEM TER ESTABILIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES; - LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO - LQ: PRIMEIRO VALOR QUANTITATIVO MÍNIMO QUE O EQUIPAMENTO REALIZA LEITURAS COM EXTREMA PRECISÃO DE 0,20 NTU OU MENOR VALOR; - DETERMINAÇÃO DA TURBIDEZ PELO MÉTODO NEFELOMETRICO DE LUZ À 90°, DE ACORDO COM O MÉTODO EPA 180.1; - CONFIGURAÇÃO ÓTICA QUE GARANTA ESTABILIDADE A LONGO PRAZO E NÃO INTERFERÊNCIA DE COR E LUZ EXPÚRIA NAS LEITURAS; - CONE DE VEDAÇÃO PARA BANCO ÓTICO; - ACOMPANHADO DE 6 CUBETAS PAREADAS DE VIDRO COM TAMPAS; - O EQUIPAMENTO DEVE REALIZAR A COMUNICAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS VIA PEN DRIVE OU CABO USB PARA UM COMPUTADOR, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAR UM SOFTWARE ESPECÍFICO; - O EQUIPAMENTO DEVERÁ REGISTRAR E ARMAZENAR OS DADOS DAS LEITURAS, CONTENDO DATA E HORÁRIO NOS REGISTROS. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 450 LEITURAS; - DISPLAY LCD; - SELETOR DE FUNÇÕES COM TECLADO TIPO BOLHA; - GABINETE E PAINEL RESISTENTE A CORROSÃO E IMPACTO; - ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220V- 50/60HZ) COM CABO DE FORÇA ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 14136; - OPÇÃO DE IDIOMA EM PORTUGUÊS PARA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO; - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO; - CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. MARCA: MODELO:				
--	--	--	--	--	--

EVENTO	DATA	HORÁRIO
Limite acolhimento de propostas	24/05/2023	08:45hs
Abertura das propostas	24/05/2023	08:45hs
Data e a hora da disputa	24/05/2023	09:00hs

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital em epígrafe.

Atenciosamente,